

部品リスト/01項2025年 TPNA-500 6年目定期整備

No.	品目CD	品名	用途	数量	金額
		仕様	備考	単価	
01	3100000565	ダイヤフラム(PN-1XX)	エアポンプ用	1	
		MV-600Gヨウ 2コイリ			
02	3200570736	ミストキャッチャミ(TPNA-500)	サンプリング用	1	
		TPNA-500			
03	3200662409	カップリング	プリンタ用	1	
		カップリング TPNA-500			
04	3200539035	ファストチューブ(TPNA-500)	ピンチバルブ用	1	
		TPNA-500 1ネンコウカンブヒン			
05	3200538883	ハッキンリイ1ネン(TPNA-500)	分析部用	1	
		TPNA-500 1ネンコウカンブヒン			
06	3014032138	UVランプ(4W)	窒素分解器用	2	
		UVランプ(4W)			
07	3100218096	メッシュフィルタ 5マイ(PN-1XX)	サンプル採水口用	1	
		PN-1X0 O/Fヨウ 5コイリ			
08	3030021178	コーンエース	廃液用	2	
		NO.10-0 (9.0X13.0)			
09	3100000564	ハンノウセル(PN-1XX)	窒素分解器・測定用	1	
		TN ハンノウセル	2年周期		
10	3200539112	セルツキテ(TPNA-500)	窒素用	1	
		TPNA-500 コウカンブヒン	2年周期		
11	3100000553	エアフィルタ(PN-1XX)	エアポンプ用	1	
		3ミクロン	3年周期		
12	3200539030	ハイカンS: サンプル(TPNA500)	サンプルライン用	1	
		TPNA-500 3ネンコウカンブヒン	3年周期		
13	3200539031	ハイカンS: シヤク(TPNA500)	試薬用	1	
		TPNA-500 3ネンコウカンブヒン	3年周期		
14	3200541625	リチウムデンチキミ(TPNA-500)	窒素測定用	1	
		TPNA-500 コウカンブヒン	操作部用		
15	3014032138	UVランプ(4W)	りん分解器用	1	
		UVランプ(4W)	3年周期		
16	3200538884	ハッキンリイ	分析部用他	1	
		TPNA-500 3ネンコウカンブヒン	3年周期		
17	3200539194	デンジベン(TPNA-500)	SV-123	1	
		TPNA-500 LVM115-5A1-X19 コウカンブヒン	3年周期		
18	3200725769	デンジベン(TPNA-500)	SV-125,225,OUT	3	
		TPNA-500 LVM105R-5H2-X155-1 コウカンブヒン	3年周期		
19	3200725769	デンジベン(TPNA-500)	SV-P3,CE1,CE2	3	
		TPNA-500 LVM105R-5H2-X155-1 コウカンブヒン	3年周期		
20	3030010051	FEPチューブ	希釈管～セル計量ライン	4	
		FEP 1X3 コウサブラスマイナス0.1トクチュウヒン	毎年交換推奨		
21	3030010052	FEPチューブ	FEPチューブ	3	
		FEP 2X3 コウサブラスマイナス0.1トクチュウヒン	廃液/排水ライン/毎年交換推奨		
22	3030021685	フラットシール フェラル	フラットシール フェラル	7	
		#9704 3MM M6 フラットシール フェラル ETFE	廃液/排水ライン/毎年交換推奨		
23	3030021683	フラットシール フェラル フィッティング	フラットシール フィッティング	7	
		#9761 3MM M6 フラットシール フィッティング P	廃液/排水ライン/毎年交換推奨		
24	3200555290	ELGAカートリッジ(TPNA500)	純水精製用	1	
		NP211			
				合計	

部品リスト/01項2025年 CW-150 6年目定期整備

No.	品目CD	品名 仕様	用途 備考	数量 単価	金額
01	3012361157	キアツキステッピングモータ	駆動部	1	
		PFC55H-48031G(1/20)BB-02(OPSA-1			
02	3200033034	コウケン ユニット	検出部	1	
		OPSA-150 / UV700G ホヨウヒン (K9436F			
03	3030021450	V-リングA	駆動部	2	
		V-16A (NBR)			
04	3030049850	シールワツシヤ	分析部	10	
		DS-21-4			
05	3200082512	ローラー	分析部	6	
		ジユロコン 14/5.5マルX6,OPSA-100			
06	3200082493	セルパッキン2	検出部	4	
		ネオフレン50°34.5/28マルX8,OPSA-100			
07	3200082949	ケースパッキン	分析部	1	
		OPSA-150			
08	3200044334	セルカンソウザイ	検出部	1	
		IDS 3T(2マイリ)			
09	3200044316	カンソウザイ	分析部	1	
		IDS T=3(5マイ+1ケ)17クロ			
10	3200043531	ワイパ-ゴム	検出部	1	
		G2013531 キット/フツリユウ L=46 4ケフクロイ			
11	3200082936	ブライントキヤップ	分析部	4	
		OPSA-150			
12	3200043872	シールワツシヤ	分析部	1	
		W4 MIN25 4コイリ			
13	3200082495	セル	検出部	2	
		トウメイ セキエイガラス OPSA-100			
14	3030049465	Oリング	分析部	2	
		JISB2401 G 35 (FPM)			
15	3200082904	ケンシュツキユニット	検出部	1	
		OPSA-150(フォトダイオード 254,546nm)	3年周期		
16	3200082821	ケースシール	分析部	1	
		OPSA-150 プンセキフ	3年周期		
17	3014103456	FANケーブルカコウ	分析部	1	
		EUDC24B4DC24V L=160	3年周期		
18	3014103413	FANケーブルカコウ	操作部	1	
		EUDC24B4DC24V L=70	3年周期		
19	3200082943	ホウジンゴム	操作部	1	
		C-300-B-5X10-SI-WF ティンク1M(セツチ	3年周期		
20	3030052489	リチウムデンチ	操作部	1	
		CR2032(コインタイプ)	3年周期		
21	3030055097	ヒラハグルマ	駆動部	1	
		S1DB30B+1008S	3年周期/入荷遅延懸念部品		
22	3012177101	ジクウケトメネ	分析部	6	
		=001=OPSA-1XX	推奨品		
23	3030049572	ナベネ(セムス)	分析部	6	
		M4X 8(SUS304)ハネヒラサガネツキ+ジ	推奨品		
				合計	